



**GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE**

Bd. Libertății nr. 14, București 5, CP 42-4

Telefon (021) 316 34 76

Fax (021) 316 14 36

**AUTORIZAȚIE
PENTRU
DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. VI 131/2006**

În temeiul art. 8 din Legea Nr. 111/1996, privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Normelor fundamentale de securitate radiologică și a Normelor specifice de securitate radiologică,

Ca urmare a analizării documentației înregistrată la C.N.C.A.N. cu nr. 5370/VZ/3017/87882 din 31.03.2006 și a completărilor ulterioare înregistrate la C.N.C.A.N. cu nr. 8919/VZ/4986/89749 din 01.06.2006,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZĂ

S.C. METABET C.F. S.A.

din localitatea Pitești, str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, jud. Argeș, cod poștal 0300,
telefon 0248/221.180, fax 0248/220.966,

persoană juridică înregistrată la Camera de Comerț și Industrie cu codul 128507, având
numărul de ordine în Registrul Comerțului:
J 03/150/07.03.1991,

**să
UTILIZEZE**

instalații radiologice, în cadrul:

Laboratorului de control nedistructiv RX

situat în: localitatea Pitești, str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, jud. Argeș, cod poștal 0300,
telefon 0248/221.180, fax 0248/220.966,

în conformitate cu documentația prezentată și prevederile impuse în anexele nr. 01 și nr. 02 care fac parte integrantă din prezenta autorizație.

Intră în vigoare la data de: 07.05.2006

Expiră la data de: 06.05.2011

PREȘEDINTE,

VILMOȘ ZSOMBORI

ANEXA Nr. 01
la autorizația pentru desfășurarea de activități în domeniul
nuclear nr. VI 131/2006
privind activitatea de utilizare instalații radiologice

I. LIMITE:

1. INSTALAȚIILE RADIOLOGICE:

Denumire, tip, serie, an de fabricație/intrare în Laborator/Producător	Parametrii maximi funcționali
1. Instalație radiologică de control nedistructiv cu radiații X, tip ERESKO 65 MF3, (generator seria nr. 04 0418-02-MF3, unitate de control seria nr. 04 0489-09-MF3/2004/2004), GE Inspection Technologies Ahrensburg, GmbH – Germania.	Tensiunea radiogenă maximă: 300 kV; Curentul radiogen maxim: 3 mA

2. APARATURA DE CONTROL DOZIMETRIC:

- Radiometru FH 40G - L 10, seria nr. 17238/2005, verificat conform certificatului de calibrare nr. RO1/009/25 din 27.06.2005 eliberat de către producătorul Thermo Electron Corporation, Erlangen-Germania.

II. CONDIȚII, CERINȚE DE RAPORTARE:

1. Utilizarea instalației radiologice este permisă numai în incinta de iradiere autorizată.
2. Verificarea anuală a stării tehnice a instalației radiologice de la poziția nr. 2 de către un operator economic autorizat de CNCAN conform prevederilor Legii nr. 111/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru desfășurarea acestui tip de activitate. Buletinele de verificare vor fi arhivate la utilizator și prezentate la cerere organelor de control.



3. La sfârșitul fiecărui an calendaristic se va transmite la CNCAN un raport cu activitatea desfășurată în laborator.
4. Instalația radiologică se va utiliza fixată în dispozitivul de prindere de copertina mobilă de protecție și cu fascicolul orientat către podea.
5. Titularul de autorizație are obligația să anunțe de îndată orice eveniment radiologic la Centrul de Notificare CNCAN tel/fax (021/351.50.88).

III. PERSONALUL CU RESPONSABILITĂȚI:

<u>Responsabilitatea</u>	<u>Numele</u>	<u>Permis de exercitare</u>
Responsabil cu securitatea radiologică	MARINESCU ROMICĂ	575/2003

IV. CATEGORIA DE RISC RADIOLOGIC: 1




ANEXA Nr. 02
la autorizația pentru desfășurarea de activități în domeniul
nuclear nr. VI 131/2006
privind activitatea de utilizare instalații radiologice

1. Punctele în care se efectuează măsurătorile câmpurilor de radiații din zonele controlate și spațiile adiacente zonei controlate, stabilite în conformitate cu cerințele art. 42 - 50 din Normele de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 09.12.2003.
2. Măsurătorile se efectuează periodic, conform prevederilor articolului 42, aliniatul (2), din Normele precizate la punctul 1.

Schita cu amplasarea punctelor de masura a eficacitatii protectiei

Unitatea Nucleară – Laborator control nedistructiv RX

SC METABET CF SA Pitesti



.11.

